

치과위생사 숫자 50 — 대상·단위·조건 함께 확인

기준일 2026-10-13 · 누드 수험서 무료 자료

2026년 10월 13일 대조 기준. 숫자를 가리고 대상·단위·기산점과 예외를 함께 말해 보세요. 법정 기한과 임상 적용 조건을 구별하고 시험 공고의 법령 적용일을 확인하세요.

번호	묻는 대상	숫자·단위	함께 기억할 조건	근거 개념
01	진료기록부·수술기록	10년	기록 종류에 따른 보존기간	DH-L01-c04
02	환자 명부·검사·영상과 소견서	5년	전자영상도 기록 종류로 구분	DH-L01-c04
03	진단서 등의 부분	3년	진료기록부 보존기간과 구별	DH-L01-c04
04	처방전	2년	다른 기록의 보존기간과 구별	DH-L01-c04
05	진단용 장치 설치 신고	사용일 3일 전까지	관할 시장·군수·구청장	DH-L01-c10
06	진단용 장치 정기검사	3년마다·만료일 전후 각 31일	검사받은 날부터 주기 계산	DH-L01-c10
07	타·엘배지 선량 측정	3개월마다 1회 이상	필름배지 주기와 구별	DH-L01-c10
08	필름배지 선량 측정	1개월마다 1회 이상	배지 종류를 먼저 확인	DH-L01-c10
09	방사선 관계 종사자 건강진단	처음 종사 전·이후 2년마다	장치 검사 주기와 구별	DH-L01-c10
10	통상 보수교육	매년 8시간 이상	법정 면제·유예는 별도 확인	DH-L02-c05
11	미종사에 따른 교육 유예	해당 연도 6개월 이상 미종사	자동 처리로 보지 않고 신청·확인	DH-L02-c05
12	1년 유예 후 복귀 교육	12시간 이상	업무 미종사 유예·마지막 유예연도 다음 해	DH-L02-c05

번호	물론 대상	숫자·단위	함께 기억할 조건	근거 개념
13	2년 유예 후 복귀 교육	16시간 이상	통상 8시간을 다시 더하지 않음	DH-L02-c05
14	3년 이상 유예 후 복귀 교육	20시간 이상	같은 미종사 유예 복귀 조건	DH-L02-c05
15	면허 실패·취업상황 신고	매 3년이 되는 해 12월 31일까지	면허증 발급일부터 계산·3주년 당일과 구별	DH-L02-c06
16	지역보건의료계획	4년마다	연차별 시행계획은 매년	DH-L03-c01
17	주민 의견 수렴 공고	2주 이상	지역보건의료계획 주요 내용	DH-L03-c01
18	구강보건사업 기본계획	5년마다	보건복지부장관·지역 세부/시행계획은 매년	DH-L04-c02
19	구강건강실태조사	3년마다	질병관리청장	DH-L04-c02
20	수돗물 불소농도 목표·범위	0.8 ppm·0.6~1.0 ppm	국내 법정 목표와 허용범위	DH-L04-c03
21	정수장 불소농도 측정	1일 1회 이상	상수도사업소장	DH-L04-c03
22	수도꼭지 불소농도 측정	주 1회 이상	보건소장	DH-L04-c03
23	OHI-S	0~6	DI-S와 CI-S의 합	DH-T09-c05
24	DI-S·CI-S	각각 0~3	연성 부착물·치석의 평균 점수	DH-T09-c05
25	PHP	치면별 5구역·개인 평균 0~5	실제 검사 치면 수로 나눔·백분을 아님	DH-T09-c05
26	전통적 CPI 코드 3	치주낭 4~5 mm	WHO 2013 수정 CPI와 기록체계 구별	DH-T09-c05
27	전통적 CPI 코드 4	치주낭 6 mm 이상	수정 CPI에 같은 코드를 그대로 대입하지 않음	DH-T09-c05
28	5% NaF 바니시의 불소이온	약 2.26%·22,600 ppm F	화합물 농도 5%와 불소 농도를 구별	DH-T14-c03

번호	물론 대상	숫자·단위	함께 기억할 조건	근거 개념
29	1.23% APF의 불소이온	1.23%·12,300 ppm F	불소이온 기준 표기	DH-T14-c03
30	1,000 ppm F	0.1% F	같은 성분과 농도 기준	DH-T14-c03
31	3세 미만 불소치약량	쌀알 크기로 얇게	보호자 도움·과도한 삼킴 방지	DH-T14-c03
32	3~6세 불소치약량	완두콩 크기를 넘지 않게	보호자 감독	DH-T14-c03
33	퍼센트와 ppm	1%=10,000 ppm	동일 성분·동일 농도 기준	DH-T14-c03
34	유니버설 큐렛 낱면-마지막 목	약 90°	낱면-치면 작업각과 구별	DH-T16-c05
35	그레이시 낱면-마지막 목	약 70°	목을 세웠을 때 낮은 쪽 낱 사용	DH-T16-c06
36	큐렛 제거 작업각	대개 약 70~80°	낱면과 치면 사이·기구 지침과 실제 치면 고려	DH-P03-c05
37	그레이시 앞니용 대표 번호	1/2·3/4	제품 형태와 목표 치면도 확인	DH-T16-c06
38	구치 근심면 대표 번호	11/12·15/16	원심면용과 구별	DH-P03-c04
39	구치 원심면 대표 번호	13/14·17/18	근심면용과 구별	DH-P03-c04
40	영구치 치식	사랑니 포함 32개	사분약당 2·1·2·3	DH-T02-c02
41	유치 치식	20개	사분약당 앞니2·송곳니1·유구치2	DH-T02-c02
42	법랑질 무기질	무게 기준 약 96%	부피 비율과 구별	DH-T03-c02
43	격리의료폐기물 보관	7일	법정 분류와 발생 경로 확인	DH-T25-c05
44	조직물류 보관	치아 제외 15일·치아 60일	발치 치아의 예외 구분	DH-T25-c05

번호	물론 대상	숫자·단위	함께 기억할 조건	근거 개념
45	손상성 의료폐기물 보관	30일	바늘·치과용침·파손 유리 시험기구 등	DH-T25-c05
46	일반의료폐기물 보관	원칙 15일	법정 제외 기준·다른 분류 혼합 주의	DH-T25-c05
47	일반의료폐기물 냉장 예외	4°C 이하에서 30일	입원실 없는 의원·치과의원·한의원 발생분	DH-T25-c05
48	증기멸균 생물학적 감시	매일 권장·최소 주 1회	국내 2025 치과감염관리 매뉴얼	DH-T25-c04
49	빠 삽입 기구의 생물학적 감시	멸균할 때마다	결과 음성 확인 뒤 사용	DH-T25-c04
50	비관혈적 치과용수 일반세균	100 CFU/mL 이하	국내 2025 매뉴얼·수술에는 멸균 세척액	DH-T25-c06

의료폐기물의 통상 보관기간은 위탁처리하는 배출자에게 적용되는 기준이며 혼합 보관하면 각각의 기간 중 가장 짧은 기간을 적용합니다. 폐기물은 발생한 때부터 적합한 전용용기에 넣습니다. 기간 외에도 전용용기·보관시설 등 나머지 요건을 함께 충족해야 합니다.

멸균의 시간·온도·압력은 장비·포장·기구의 검증된 지침을 함께 적용합니다. 특정 온도와 시간을 모든 공정에 공통으로 적용하지 않습니다. 화학적 색 변화만으로 무균을 보장하지 않으며, 찢거나 손상된 포장은 재처리합니다.

법령 근거: 의료법 시행규칙 제15조, 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙, 의료기사 등에 관한 법률과 시행령·시행규칙, 지역보건법과 시행령, 구강보건법과 시행령·시행규칙, 폐기물관리법 시행령 별표 2 및 시행규칙 별표 5. **감염관리 기준:** 질병관리청 「치과감염관리 표준정책 매뉴얼」(2025.12.). 지수·불소·기구의 세부 출처는 표의 근거 개념에 연결됩니다.

이 자료는 무료로 나눠 드리는 맛보기입니다. 출처(누드 수험서)를 밝히면 자유롭게 공유할 수 있습니다. 법령·기준은 시험 공고의 적용일 기준으로 다시 확인하세요.